



Gostynin, dnia 12.11.2020 r.

Znak sprawy SZP – 4/2020/PN

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział
w postępowaniu przetargowym**

dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania p.n. „**Zakup i dostawa asortymentu medycznego i sprzętu jednorazowego użytku**” na rzecz Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym prowadzonego postępowania, poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi.

PYTANIE NR 1 – Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach min. 0,11 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 2 - Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rękawicy diagnostyczno – ochronnej, bezpydrowej, nitylowej. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna – polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL =1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3 - Pakiet 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rekawicy diagnostyczno – ochronnej, bezpudrowej, nitylowej. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna – polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL =1,0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Profesora Eugeniusza Wiltczkowskiego
w Gustyniu
Katarzyna Olsznic-Szewczyk

Sprawę prowadzi:

Dariusz Mikołajczyk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
tel. 24 – 236-00-35, fax. 24- 235-80-90
e-mail: d.mikolajczyk@spzoz-zalesie.pl
oraz
Agnieszka Brzezińska – Przełożona Pielęgniarek
tel. 24-236-00-16, e-mail: a.brzezinska@spzoz-zalesie.pl